

Испытательная камера Excal 2221 фирмы Climats



Назначение: проведение климатических испытаний приборного оборудования.

Основные характеристики:

Температурный диапазон, °С	-70 ÷ +180;
Погрешность регулирования, °С	±0,2;
Неравномерность температурного поля, °С	±0,5;
Скорость изменения температуры при нагреве в диапазоне, °С (-40÷80), °С/мин	8;
при охлаждении в диапазоне, °С (80÷-40), °С/мин	5;
Диапазон регулирования влажности, % отн.вл.	10÷98;
Нестабильность относительной влажности,%	2,5;
Неравномерность по объему,%	1;
Рабочий объем, л	220.

Кафедра «Приборы и информационно-измерительные системы», НОЦ «Авиаприборостроение», НИЛ-34, учебное здание №3 (ул. Толстого, 15, ауд.220) Тел.:(843)231-03-84; (987) 290-81-48